



**Elaborato per singolo campione
qualitativo**
n. 1416212 del 05/04/2023

BATTERIOLOGIA - Ciclo 2023
Campione n. 2
REGIONE MARCHE
centro n.00624

Ente organizzatore	Centro di Riferimento Sicurezza e Qualità
Attività subappaltate	Prove sperimentali di omogeneità, preparazione, confezionamento e spedizione dei materiali
Elaborato autorizzato da	Direttore del Centro: Dr. P.Pezzati
Coordinatore	Dr. G. Avveduto, Dr. A. Terreni
Contatti	crrveq@aou-careggi.toscana.it - tel. 055 7947907

Descrizione materiali

Il materiale liofilizzato è costituito da campioni biologici, appositamente preparati da stipiti batterici di recente isolamento o da ceppi puri da collezione.

Omogeneità e stabilità dei materiali

In fase di pianificazione del programma di VEQ, viene verificata a campione l'omogeneità dei materiali distribuiti. I risultati hanno mostrato omogeneità sufficiente agli scopi del presente programma.

I materiali sono stabili per tutta la durata del programma. I risultati completi delle prove effettuate, sono disponibili, su richiesta presso l'organizzazione.

Valori Assegnati

Come valore di riferimento si utilizza il valore dichiarato dal fornitore dei materiali di controllo che deve essere però confermato, in fase di elaborazione di risultati, da almeno il 60% delle risposte fornite dai laboratori partecipanti. Se tale requisito non è soddisfatto non si esegue alcuna valutazione delle prestazioni dei partecipanti. Una guida dettagliata dell'Elaborato e della statistica applicata è presente sul sito web alla voce 'Razionale programmi VEQ'.

Valori modificati

Qualora un risultato venga corretto dal partecipante a seguito di un errore grossolano segnalato dalla SOD, viene evidenziato come 'Modificato'

Riservatezza

Tutte le comunicazioni relative ai programmi di VEQ avvengono in forma confidenziale tra l'Ente Organizzatore ed ogni singolo laboratorio. Ai partecipanti è assegnato uno specifico codice identificativo riservato. Tali codici riservati sono noti all'ente organizzatore, al singolo laboratorio ed ai preposti uffici.

questa pagina è intenzionalmente vuota



Campione N°2

Espettorato : Ricerca e identificazione

**Microrganismi Presenti:
Streptococcus pneumoniae**

Resultato inviato: **Staphylococcus epidermidis**

Risultato	Numero	%	Score
Streptococcus pneumoniae	148	76.7	2
Assenza di crescita	20	10.4	0
Assenza di batteri patogeni	3	1.6	0
Streptococcus mitis	1	0.5	0
Negativo	1	0.5	0
Streptococcus sanguis	1	0.5	0
Sphingomonas paucimobilis	3	1.6	-1
Streptococcus pneumoniae/Staphylococcus epidermidis	2	1.0	-1
Staphylococcus epidermidis	2	1.0	-1
Assenza di batteri patogeni/Staphylococcus hominis	1	0.5	-1
Staphylococcus aureus	1	0.5	-1
Assente/Haemophilus influenzae	1	0.5	-1
Staphylococcus epidermidis/Saccharomyces cerevisiae	1	0.5	-1
Staphylococcus haemolyticus	1	0.5	-1
Staphylococcus saprophyticus	1	0.5	-1
Candida lusitaniae/Sphingomonas paucimobilis	1	0.5	-1
Enterococcus faecium	1	0.5	-1
Kocuria rosea	1	0.5	-1
Streptococcus pneumoniae/Staphylococcus hominis	1	0.5	-1
Streptococcus pneumoniae/Streptococcus agalactiae (gruppo B)	1	0.5	-1
Aspergillus fumigatus/Aspergillus flavus	1	0.5	-1

n.a. = non assegnato

fine elaborato